

Wałbrzych 26.01.2010 r.

DZPZ-530-Zp/19/PN-18/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : systemu do wykonywania VAB, aparatu do szybkiego przetaczania płynów, stanowisko do reanimacji noworodka, łóżek dla dzieci przedszkolnych – Zp/7/PN-7/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka dla dzieci o wymiarach leża 70 x 140 cm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokość leża regulowaną w zakresie 74 – 94 cm?

Odp. Minimalna wysokość od podłogi nie może być większa niż 57 cm.

Pytanie 3, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga barierek bocznych, opuszczanych, które można ustawiając na dowolnej wysokości za pomocą sprężyny gazowej obsługiwanej pedałem nożnym – niedostępnym dla dzieci?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga (w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów) pod oparciem pleców półki z elastycznego materiału, która zabezpiecza dziecko przed wypadnięciem przez otwór powstały pomiędzy oparciem pleców a szczytem łóżka?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy 100mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wartości wymaganej i nie powoduje obniżenia walorów użytkowych łóżka.

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 550- 820mm? Parametr ten jest bardziej korzystny niż podany przez Zamawiającego.

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 1640mm? Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wartości wymaganej, nie powodujący obniżenia walorów użytkowych łóżka.

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości 765mm? Parametr ten różni się od wartości wymaganej o jedyne 1,5cm i nie powoduje obniżenia wartości użytkowej łóżka.

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało funkcję Trendelenburga i Anty-Trendelenburga?

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu z tkaniny paro przepuszczalnej, nieprzemakalnej adekwatny do wymiaru leża o wysokości 10cm?

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania barierek boczne o wysokości 84cm? Wysokość barierek bocznej w najniższym położeniu od ramy leża wynosi 36cm.

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce wyposażone w koła jezdne o średnicy 10 cm jednak bardzo wysokiej jakości, przez co nie wpływa to w sposób istotny na jego przetaczanie?

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym wentylowaną płytą stalową, co czyni leże bardziej stabilnym niż rozwiązanie z siatki?

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakiet nr 4

Co Zamawiający ma na myśli pod „ruchomym wezgłowiem i od strony nóg”? Czy ruchomy segment wezgłowia oraz możliwość uzyskania pozycji Anty-Trendelenburga satysfakcjonują Zamawiającego?

Odp. Ruchome elementy wezgłowia oraz części na której leżą nogi pacjenta.

Pytanie 15, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka w kolorze błękitnym?

Odp. Nie

Pytanie 16, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce, w którym wysokość leża od podłogi wynosi 87cm, co umożliwia personelowi wygodne wykonywanie czynności (bez potrzeby nachylania się)?

Odp. Nie

Pytanie 17, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza łóżka o długości całkowitej 159cm i szerokości 84cm, które to parametry nieznacznie tylko odbiegają od parametrów wymaganych?

Odp. Nie

Pytanie 18, dot. pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuszcza łóżka z barierkami bocznymi o wysokości 68 cm dzięki czemu, zmniejsza się ryzyko wypadnięcia dziecka?

Odp. Nie

**Zastępca Dyrektor ds. Lecznictwa
dr n. med. Roman Szelemej**